

<p> հոսանքի արտահոսքը ոչ ավել քան 10μA, CMRR ոչ ավել քան 115dB, կալիբրացիայի լարումը ոչ ավել քան 1mV 3%, ունենա էկրանի 3x4; 3x4+1R; 6x2; 6x2+1R; 12x1 չափումների ռեժիմ, պետք է ունենա հետևյալ չափման պարամետրերը՝ ventricular rate, PR ինտերվալ, QRS time limit, QT/QTc Axis, RV5/SV1 ամպլիտուդի RV5+SV1 ամպլիտուդ: AC, EMG, հիմնական գծի, բարձր հաճախականության ֆիլտրերի արկայություն, մուտքային CIR հաճախականությունը ոչ ավել քան 0,1 μA, մուտքային դիմարությունը ոչ ավել քան 30MΩ, արմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 12,5μVp-p, զգայունության մակարդակը ոչ ավել քան 20 μVp-p, չափերը ոչ ավել քան 281*191*59, բաշը ոչ ավել քան 1,3 կգ : Լրակազմը էլեկտրոդների հավաքածու, լար 1 հատ, էլ, հոսանքիլար 1 հատ, տալիքի թուղթ 1 թուղթ: IEC 60601-1, Class I Type CF սերտնֆիկատների անկայություն: </p>											

<<ԳՆՈՂ>>

<<Չարենցականի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ
 Բ. Չարենցական, երիտասարդության 8

<<ՎՏԲ- Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ

Z/Z 16028010345000
 ՀՎՀՀ 02804057

Գ. Սահակյան

(ստորագրությունը)
 Կ.Տ

<<ՎԱՄԱՆՈՂ>>

<<Մեդիկալսերվիս>> ՍՊԸ
 Բ. Երևան, Լեռ-12

<<Հայկեկոմբանկ>> ՓԲԸ

Z/Z 1630081427922
 ՀՎՀՀ 02205001

Ա. Մանուկյան

(ստորագրությունը)
 Կ.Տ

