

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

N ՀՀ ԱՆ ԳՀԱՊՁԲ-2019/25/2-1

ք. Երևան

20 դեկտեմբերի 2019թ.

Առողջապահության նախարարության աշխատակազմը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Լուսինե Քոչարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Վահագն Թորոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 2 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 2 օրից ավելի,

2.1.8 Զննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լինե՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 80.290.000,00 (ութսուն միլիոն երկու հարյուր ինսուն հազար) ՀՀ դրամ: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարզևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

4.2 Հիմնական միջոց հանդիսացող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պոլևակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո

ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով²²: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրը 5, 14, 15, 16, 20, 28 չափաբաժինների ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման, իսկ մյուս չափաբաժինների մասով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

²² Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը: Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են զնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 26 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում և Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագրի կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

Առողջապահության նախարարություն


Կառավարական տուն 3

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն

Հ/Հ 900011027746

ՀՎՀՀ 02507171



/ստորագրություն/

Կ.Տ



ՎԱՃԱՌՈՂ

«Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ

ք.Երևան, Զաքյան 8

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ

Հ/հ՝ 1930041595160100

ՀՎՀՀ 2604367

Տնօրեն՝ Վ.Թորոսյան



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՅ՝

Ապրանքի				
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը և ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը և ծագման երկիրը	տեխնիկական բնութագիրը
5	33111360	Թվային ուլտրաձայնային համակարգ	Logiq F8, ԱՄՆ, Չինաստան	Թվային ուլտրաձայնային համակարգ, նախատեսված բնորոշումներ ախտորոշման, մանկական էխոստատագրության, որպիսիք-որպիսիքս հետազոտության, տրանսկրանիալ որպիսիք, մանր դետալների և մակերեսային գոյացությունների հետազոտման համար: Հառազայթի թվային ձևավորիչը՝ 12 բիթ Դինամիկ տիրույթը՝ 265 Դբ Լայնաշերտ և մուլտիհաձայնականության սկանավորման առկայություն Էխո-ագրանշանների զուգահեռ մշակման առկայություն Էխո-ագրանշանների քառալիքանի մշակման առկայություն Միաժամանակ փոխանցվող Ֆոկուսային ագրանշանների թիվը՝ 8 Սկանավորման խորությունը ոչ պակաս քան՝ 33 սմ Պատկերի մեծացում մասշտաբի իրական ժամանակում ոչ պակաս քան՝ 20 անգամ B-ռեժիմի առկայություն - Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը՝ 9 - Կարբերի առավելագույն հաճախականությունը՝ 1400 կադր/վրկ M-ռեժիմի առկայություն - B- և M- ռեժիմների համակցում, - B-, M- և գունավոր դրակեր ռեժիմների համակցում, Բնադուս-ալիքային դրակերի առկայություն (PW) - Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը՝ 6 - Անկյան կորեկցիան՝ +/-90o, քայլը՝ 1o - PRF տիրույթը՝ 300–ից 27900 Հց., - Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը՝ 66 մ/վրկ. - Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը՝ 0,1 սմ/վրկ. Անընդհատ-ալիքային դրակերի առկայություն (CW) - Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը՝ 66 մ/վրկ. - Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը՝ 0,1 սմ/վրկ. Գունավոր դրակերի առկայություն - PRF տիրույթը ոչ պակաս քան՝ 100-ից 25000 Հց - Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը՝ 181 սմ/վրկ.

		• Հայտնաբերվող միևնույն արագությունը՝ 2 սմ/վրկ. • Գունավորման բարտեզների բանակը՝ 14 • Գունավոր դրակեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ՝ 460 Էներգետիկ դրակերի առկայություն (PD) • PRF տիրույթը՝ 100–ից 25000 Հց. • Գունային բարտեզների բանակը՝ 14 • Էներգետիկ դրակեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ՝ 460 Ուղղորդված Էներգետիկ դրակերի առկայություն Հյուսվածքային դրակերի առկայություն B-, PW - և հյուսվածքային դրակերի ռեժիմների համակցված պատկերավորումը՝ իրական ժամանակում Հյուսվածքային դրակեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ՝ 1700 Անոթների հունի՝ բարձր տարածական/ժամանակային լուծմամբ – կատարելագործված դինամիկ հոսքի որակերային և/կամ ոչ դրակերային պատկերավորման ռեժիմի առկայություն Սպեկտրալ դրակերի ռեժիմում՝ պատկերների ակտուատիկ օպտիմիզացիայի ծրագրի կամ համարժեք ծրագրային փաթեթի առկայություն Գունավոր և Էներգետիկ դրակերի ռեժիմներում պատկերների ակտուատ օպտիմիզացիայի ծրագրի կամ համարժեք ծրագրային փաթեթի առկայություն Սկանավորման ընթացքում ռեժիմների ակտուատ փոփոխության առկայություն Առաջացած արտեֆակտների ճնշման ակտիվիմի կամ համարժեք ծրագրային փաթեթի առկայություն 3D ռեժիմի ենթավորություն 4D ռեժիմի ենթավորություն Ինտիմա Մեդիա կոնվերսի ակտուատ հաշվարկման ծրագրի կամ համարժեք ծրագրային փաթեթի ենթավորություն Էլաստոգրաֆիայի կամ համարժեք ծրագրային փաթեթի ենթավորություն Իրական ժամանակում բարդ բազմաալիքային պատկերավորման առկայություն • Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B- և գունավոր դրակեր ռեժիմների համակցումով • Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B-ռեժիմում՝ կատարելագործված դինամիկ հոսքի ռեժիմի համակցումով ՀՀզգրիտ պատկերավորում՝ բազմալիքի կից ուլտրաձայնային գծերի միաժամանակյա մշակում՝ իրական ժամանակում էխտագրանշանի ուժեղացման և աղմուկի նվազման համար, առկայություն • ՀՀզգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում՝ համակցված արյան հոսքի գունավոր դրակեր ռեժիմի հետ • ՀՀզգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում՝ համակցված հյուսվածքային հարմոնիկ ռեժիմի հետ • ՀՀզգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում՝ համակցված կատարելագործված դինամիկ հոսքի հետ Ինֆորմացիայի պահպանում և արտահանում Ներկատուցված աշխատանքային կայանի առկայություն Կոշտ սկավառակի ծավալը, արձվածը՝ 500ԳԲ Տեսահանգույց ոչ պակաս քան 2700 կադր Ստատիկ պատկերների արխիվացում՝ DVD/CD-RW սկավառակի վրա՝ հետևյալ կամ համարժեք ֆորմատներով՝ jpeg, bmp, DICOM Դինամիկ պատկերների արխիվացում՝ կոշտ սկավառակի վրա՝ հետևյալ կամ համարժեք ֆորմատներով՝ MPEG-4, DICOM Թարմ տվյալների պահպանում և վերանշակման ենթավորության առկայություն Կատավարման վահանակ Հեռուկ-բյուրեղային, հարմով կառավարվող էկրան, Անկյունագիծը՝ 9,9° Մոնիտոր TFT մոնիտոր՝ 19" Թույլատվություն՝ 1280x1024 Մոնիտոր բարձրության ճշգրտման ինտրավորության առկայություն Մատակարարման հավաքակազմը Մարք ներդրեռած վերնշալ նկարագրված ծրագրերով, Տվյալներ

10	33141177	ԱՄԲՈՒ	Gima S.P.A., Իտալիա	1. Կոնվերթային տվիչ Հաճախականությունները 2-ից 5 ՄՀց տիրույթում, Էլեմենտների քանակը՝ 128 Դիտարկման անկյունը՝ 58 աստիճան, Շառավիղը՝ 60 մմ, 2. Գծային տվիչ Հաճախությունը 6,7-ից 18 ՄՀց տիրույթում Էլեմենտների քանակը՝ 128 3. Սեկտորային տվիչ Հաճախությունը 1,7-ից 4 ՄՀց տիրույթում Սկանավորման անկյունը՝ 140o Էլեմենտների քանակը՝ 64 4. Միկրոկոնվերթային ներխուռչային տվիչ Հաճախությունը 4-ից 10 ՄՀց Սկանավորման անկյունը՝ 140o, Թվային սև-սպիտակ տվիչի առկայություն Անհրաժեշտ հզորության անխափան սարքի առկայություն Այլ պայմաններ Ոչ պակաս, քան՝ 24 ամսյա երաշխիքային սպասարկում ամբողջ համակարգի համար, բացառությամբ այն հանգույցների, որոնք չեն հանդիսանում սարքի անբաժանելի մաս, ինչպես նաև տվիչների մաշվածության կամ մեխանիկական վնասումների պատճառով առաջացած թերությունների Տեղադրումը, մոնտավը և բուժանձնակազմի ուսուցումը կատարվում է արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված ինժեների կողմից Ամբողջ երաշխիքային ժամկետի ընթացքում, արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված ինժեները 2 ամիսը մեկ անգամ ժամանակացույցով պետք է կատարի համակարգի պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ Օգտագործողի ձեռնարկ թուսերեն լեզվով Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark
				ԱՄԲՈՒ Արհեստական օդափոխության սարք (ԱՄԲՈՒ տուփակ) նախատեսված է թոքերի արհեստական օդափոխության համար, որն իրականացվում է ձեռքով մեծահասակների և երեխաների մոտ: Օգտագործվում է շտապ օգնության և շտապ բժշկության մեջ, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել նաև ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում, վերակենդանացման և անսթեզիոլոգիայի մեջ: Հավաքածուն բաղկացած է երեք ԱՄԲՈՒ պարկերից (1500մլ, 450մլ եւ 280մլ) եւ երկուական դիմակներից մեծահասակաների, երեխաների եւ նորածինների համար: Լրակազմ և պարագաներ Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (տուփակ օդային խտանկոթ ստանալու համար, անգլայացնող դիմակի, թթվածնի պահեստային տուփակի, թթվածնի խողովակի, թթվածնային խողովակի, Բլոկ "նոսրքային փական" ավելտրոյ ձնշման հեռացման փականով, բլոկ "հիվանդի շնչման փական") Որակի վկայականներ ISO13485 CE Mark
14	33141223	Գինեկոլոգիական գործիքների հավաքածու	Мног Воротца, ՌԴ	Գինեկոլոգիական գործիքների հավաքածու Զալանակաձև սերմիչ աղիքների համար մեծահասակների, կոր, L = 235 մմ - 1 հատ: Զալանակաձև սերմիչ աղիքների համար, մեծահասակների, ուղիղ, L = 240 մմ - 1 հատ:

15	33141224	Վերականգնողական գործիքների հավաքածու	Миз Воссоза, (N°)	Հեմոտատիկ սերմիչ 1x2 ատամներով, կոր No. 1 - 4 հատ: Հեմոտատիկ սերմիչ 1x2 , ատամներով, ուղիղ №3 - 4 հատ: Հեմոտատիկ սերմիչ ատամներով, կոր №2 - 4 հատ: Հեմոտատիկ սերմիչ ատամներով , ուղիղ №2 - 2 հատ: Հեմոտատիկ սերմիչ ուղիղ - 4 հատ: Հեմոտատիկ սերմիչ կլիպ եզրագծի շուրջը կոր ` 4 հատ: Մեղմիչ արվարձանային համար - 4 հատ: Միսն հեշտոցային սերմիչներ - 1 հատ Կուակո երկփեղկանի հեշտոցային հայելներ №1 - 1 հատ: Կուակո երկփեղկանի հեշտոցային հայելներ №2 - 1 հատ: Գինեկոլոգիական ելեկատոր ըստ Օտտո 2 2 - 1 հատ: Արգանդի զննող - 2 հատ: Ուղիղ զննող, 170 մմ - 1 հատ: կարի անող 3B1-1, 1x50 - 20 հատ: կարի անող 4A1-0.6x20 - 20 հատ: Կարի անող 4A1-0.7x45 - 20 հատ: կարի անող 4V1-0.6x20 - 20 հատ: կարի անող 4A1-1, 2x55 - 20 հատ Վերականգնողական անդամներ, 160 մմ - 2 հատ: Վերականգնողական անդամներ, 200 մմ - 2 հատ: Կանացի մետաղական միզուղու կատետր, կոր №14 - 3 հատ: Կոր ունեղի կոր սպունգից - 2 հատ Ուղիղ ունեղի սպունգից - 2 հատ Մուր հետադարձ 4-ատամնավոր վերականգնողական № 1 կամ № 2 հատ - 2 հատ: Բուք հետադարձ 4-ատամնավոր վերականգնողական № 1 կամ № 2 հատ - 2 հատ: Մանկաբարձ կյուրետ, ատամնավոր - 1 հատ: Կյուրետ սուր էնդոմետրիալ № 2 - 1 հատ: Կյուրետ սուր էնդոմետրիալ № 4 - 1 հատ: Հյուսվածքի մնացորդները հեռացնելու համար բուք թյուրետ, № 4 - 1 հատ: Պլացենտայի հյուսվածքները հեռացնելու համար №6 - 1 հատ: Մկրատ խորը աշխատանքի համար, ուղղահայաց կոր, 230 մմ - 2 հատ: Մկրատները սուր են, ուղիղ , 140 մմ - 2 հատ: Բուք ծայրերով մկրատ, ուղղահայաց թեքված, 140 մմ - 2 հատ Բուք ծայրերով մկրատ, ուղղահայաց թեքված, 170 մմ - 2 հատ Ունիվերսալ պինգետ, ՍՊ150Պ2.5 - 2 հատ: Ունիվերսալ պինգետ., ՍՊ200Պ2.5 - 2 հատ: Ունիվերսալ պինգետներ, ՍՊ 150Պ2.5 - 5 հատ: Որովայնի սկալպել, միջին ՍՊ150Պ40 - 10 հատ: Ունեղի երկու ատամներով, սուր - 1 հատ: Ունեղի արգանդի երեք ատամներով, կոր 1 հատ: Ունեղի տենակուլումի համար արգանդի-6 հատ Ստանդարտներ. ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)
		Վերականգնողական գործիքների հավաքածու	Миз Воссоза, (N°)	Վերականգնողական գործիքների հավաքածու. 1. Բունիչ զննողային ուղիղները բնական և պահելու համար, ամուր-1 հատ 2. Հարթ գուրիլ վեցանկյուն բունիչով, 15մմ-1 հատ

				3. Հարթ գույնի վեցանյուն բռնիչով և երկկողմանի երկվաճառությամբ, 15մմ-1 հատ 4. Հարթ գույնի վեցանյուն բռնիչով և երկկողմանի երկվաճառությամբ, 25մմ-1 հատ 5. Երկկամային պեղիկովի սեղմիչ, թեքված թիվ 1 շատավորի երկայնքով, փոքր-4 հատ 6. Առիթային սեղմիչ, անուր-2 հատ 7. Առիթային ճկուն սեղմիչ մեծահասակների համար, կոր, 235 մմ-2 հատ 8. Առիթային ճկուն սեղմիչ մեծահասակների համար, ուղիղ, 240 մմ-2 հատ 9. Արյունը կանգնեցնող սեղմիչ 1x2 ատամնավոր, ուղիղ N 1-12 հատ 10. Արյունը կանգնեցնող սեղմիչ 1x2 ատամնավոր, ուղիղ N 3-4 հատ 11. Արյունը կանգնեցնող սեղմիչ ատամնավոր, կոր N 1-30 հատ 12. Արյունը կանգնեցնող սեղմիչ ատամնավոր, ուղիղ N 1-20 հատ 13. Հենոստատիկ MOSQUITO սեղմիչներ կորացած հարթության վրա-10 հատ 14. Վիրաբուժական սպիտակեղենի համար սեղմիչ կանգնակով-12 հատ 15. Վիրաբուժական սպիտակեղենի ծայրամասի ֆիքսացիայի համար սեղմիչ կանգնակով-1 հատ 16. Երկկողմանի հեշտոցային հանիի Cosco N1 - 1 հատ 17. Հեշտոցային հանիի Douaen N4-1 հատ 18. Հեշտոցային հանիի Douaen N5-1 հատ 19. Ռիչարդսոնի երկկողմանի հանի (թոքային վիրաբուժությունից) - 2 հատ 20. Աբրամենալ պատի հանի 100մմ գրայի լայնությամբ-1 հատ 21. Աբրամենալ պատի հանի 60մմ գրայի լայնությամբ-1 հատ 22. Հանի լարի ձախ կողմի համար-2 հատ 23. Լարդային հանի 100մմ-1 հատ 24. Կրկնակի ռեկտորային հանի ընդհանուր ծնոտով - 1 հատ 25. Ռեկտալ հանի երեխաների համար, 91 մմ - 1 հատ 26. Փորոտիքի գնդ անցքով - 1 հատ 27. Առանձնացված վիրաբուժական գոնդ 170մմ-1 հատ 28. Առանձնացված վիրաբուժական գոնդեր, ուռեցված (պրոկտոլոգիական), 215 մմ - 1 հատ 29. Երկկողմանի վիրաբուժական գոնդեր, ուռեցված - 1 հատ 30. Լյուսմար պունկցիայի ասեղ A 10-90-30 - 1 հատ 31. Լյուսմար պունկցիայի ասեղ A 12-120-30 - 1 հատ 32. Լիգատուր բութ մեծ ասեղ, ձախ - 1 հատ 33. Լիգատուր բութ մեծ ասեղ, աջ - 1 հատ 34. Վիրաբուժական ասեղ ուղիղ 0A1-0.7x55 կլոր անցքով- 50 հատ 35. Վիրաբուժական կոր ասեղներ 3/8 պտույտով՝ եռանկյունաձև գլխիկով 3B1-0,6x20 - 20հատ 3B1-0,7x28 - 20հատ 3B1-1,1x50 - 20հատ 3B1-1,2x55 - 20հատ 36. Վիրաբուժական կոր ասեղներ 4/8 պտույտով՝ կլոր գլխիկով 4A1-0,6x20 - 50հատ 4A1-0,6x30 - 50հատ 4A1-0,7x45 - 50հատ 4A1-0,7x50 - 50հատ 37. Վիրաբուժական կոր ասեղներ 4/8 պտույտով՝ կլոր գլխիկով 4A1-0,8x32 - 5 հատ 4A1-0,9x36 - 10 հատ 4B1-1,2x55 - 50 հատ 38. Վիրաբուժական կոր ասեղներ 4/8 պտույտով՝ կլոր գլխիկով
--	--	--	--	--

			4A2-0.4x22 - 5հատ 39. Վիրաբուժական կոր ասեղներ 4/8 պտույտով՝ եռանկյունի ծայրով 4B1-0.6x20 - 30 հատ 4B1-1.0x45 - 20 հատ 4B1-1.2x55 - 50 հատ 40. Անոթային ասեղնաբռնիչ 220մմ-5 հատ 41. Նյարդավիրաբուժական դրել մի շարք կտրիչներով և հորատիչներով (հավաքածու) - 1 հատ 42. Կոր բռնիչներ-4 հատ 43. Ուղիղ բռնիչներ-4 հատ 44. Սուր տրախտոտմիայի կարթ - 2 հատ 45. Սուր վիրաբուժական կարթ. 4-ատամանի № 2 - 2 հատ 46. Բութ վիրաբուժական կարթ. 4-ատամանի № 2 - 2 հատ 47. Բութ վիրաբուժական կարթ. 4-ատամանի № 4 - 2 հատ 48. Վիրաբուժական մեկ ատամով ոսկրային կարթ - 2 հատ: 49. Վիրաբուժական կարթ Farabeuf (հավաքածու) - 1 հատ 50. Դալգրենի կտրիչներ մեծերի համար (հավաքածու) - 1 հատ 51. Ողնաշարի վիրահատության համար ոսկրակտրիչներ Լիստոնի տեսակի՝ երկարացված բռնակով - 1 հատ 52. Ողնաշարի վիրահատության համար ոսկրակտրիչներ Ցանսենի տեսակի՝ երկարացված բռնակով - 1 հատ 53. Երկկորմանի ոսկրային գրպ. սուր - 2 հատ 54. Օվալային նյարդավիրաբուժական գրպներ, կոշտ և սուր (հավաքածու) - 1 հատ 55. Բուլակլե՝ թև ներքին օրգանների մի կողմ հրման համար-1 հատ 56. Մետաղա մուրճ ռեոինե բռնակով, միջին - 1 հատ 57. Անվուտացիոն դանակ, մեծ HJL 315x180 - 1 հատ 58. Անվուտացիոն դանակ, փոքր HJL 250x120 - 1 հատ 59. Մկրատներ՝ փափուկ հյուսվածքները խորը մաներում թեքելու համար, ուղղահայաց կոր, 230 մմ - 2 հատ: 60. Հորիզոնական կորաձև մկրատ կոճակով՝ վիրակապները կտրելու համար - 1 հատ 61. Ուղղահայաց կոր մկրատ, բութ, 140 մմ - 4 հատ 62. Ուղղահայաց կոր մկրատ, բութ, 170 մմ ռուսական (Hтвн- "МИЗ-Б") կամ համարժեք ամուր կարծր համաձուլվածքով - 2 հատ 63. Վիրաբուժական բութ մկրատ, ուղիղ 140 մմ ռուսական (Hтвн- "МИЗ-Б") կամ համարժեք ամուր կարծր համաձուլվածքով - 2 հատ 64. Վիրաբուժական մկրատ մեկ սուր հուշումով, 140 մմ, ռուսական (Hxoк "МИЗ-Б") կամ համարժեք ամուր կարծր համաձուլվածքով - 2 հատ 65. Գիլյոտինի մկրատ կողակներին համար - 1 հատ 66. Ոլորված մետաղալար սրոց - 6 հատ: 67. Աղեղնաթիպ սրոց (հավաքածու) - 1 հատ 68. Ընդիանուր նշանակության անատոմիական պինգեստներ ПА 150x2.5 - 10 հատ 69. Ընդիանուր նշանակության անատոմիական պինգեստներ ПА 200x2.5 - 4 հատ 70. Ատամնավոր պինգեստներ ПХ150x5.5 - 2 հատ 71. Ավնաբուժական վիրաբուժական բռնիչներ, մեծ, ուղիղ ПХ100x0.6 - 1 հատ 72. Ընդիանուր նշանակության վիրաբուժական պինգեստներ ПХ150x2.5 - 10 հատ 73. Ընդիանուր նշանակության վիրաբուժական պինգեստներ ПХ200x2.5 - 4 հատ 74. Ներքին օրգանների մի կողմ հրելու փսե-1 հատ 75. Կրծքավանդակի խոռոչի համար ռետրակտոր՝ հայելիների սպառումով՝ 0-ից 165 սմ: - 1 հատ 76. Եռակուպիդ ռետրակտոր-1 հատ 77. Կոր ասպատոր-1 հատ 78. Ռասպատոր ուղիղ-1 հատ 79. Ռասպատորի կտրել կրկնակի թեքումով ձախ - 1 հատ

16	33141226	Հղիությունը ընդհատման գործիքների հավաքածու	Медиа Компания, ООО	80. Ռասպատորի կտրեր կրկնակի թեքումով աջ - 1 հատ 81. Բախտատմիայի լայնիչ- 1 հատ 82. Բռնակներ մետաղալարային սղոցների համար (գույզ) - 1 հատ 83. Հաստ լանցետ, միջին G6150x40 -10 հատ 84. Սուր ծայրով լանցետ, միջին G6150x40 -2 հատ 85. Լանցետ Փոփոխվող ծայրակալներով(1 բնիչ և 10 ծայրակալ)-2 հավաքածու 86. Տրոսկարներ որովայնի (հավաքածու) - 1 հատ 87. Տրոսկատոմի խորովակներ որովայնի №1, 2; 3; 4; 5; 6 տիտան մեծահասակների համար կամ պլաստիկ 1, 2; 3; 4; 5; 6 - 2 հատ յուրաքանչյուրը: 88. Նյարդավիրարուժական շպատել երկկողմանի աշխատանքային տարածքի լայնությամբ 8 մմ - 1 հատ 89. Նյարդավիրարուժական շպատել երկկողմանի աշխատանքային տարածքի լայնությամբ 15 մմ - 1 հատ 90. Բռնիչ աղիքի պատր բռնելու համար -4 հատ 91. Աղիքային բռնիչ մեծահասակի համար-1 հատ 92. Ֆենեստրոված բռնիչ թուփի համար, ուղիղ-2 հատ 93. դիքային բռնիչ ֆենեստրոված երեխաների համար-1 հատ 94. Արգանդը (փամփուշտը) քաշելու միադենտալ բռնիչ - 1 հատ 95. Մեկվեստր-բռնիչ, կոր N 2 - 1 հատ 96. Ոսկոր կտր անցքով, կոր-1 հատ 97. Ոսկոր կտր անցքով, ուղիղ- 1 հատ 98. Անոթանդմիչ մեծ (կոխեր), ուղիղ, անատամ-20 հատ 99. Անոթանդմիչ մեծ, կոր, անատամ-20 հատ 100. Անոթանդմիչ փոքր, ուղիղ, անատամ-20 հատ 101. Անոթանդմիչ փոքր, կոր, անատամ-20 հատ Մտանդարներ. ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
17	33181190	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Mediana Co. LTD	Հղիությունը ընդհատման գործիքների հավաքածու Հեշտոցային սեղմիչ Սինս թիվ 3 - 2 հատ: Արգանդի գնդ.- 1 հատ: Ներարկման ասեղ 1.2P90 P-3 հատ Ունեկի ուղիղ սպունգից- 1 հատ Ունեկի կոր սպունգից - 1 հատ: Հեշտոցային հայելի Otto- ի № 2-ից `3 հատ: Կյուրետ բուք, ձվաբջիջը հեռացնելու համար - 1 հատ Կյուրետ էնդոմետրիումի կյուրետաժի համար, սուր № 2 - 1 հատ: Կյուրետ էնդոմետրիումի կյուրետաժի համար, սուր №4 - 1 հատ: Կյուրետ էնդոմետրիումի կյուրետաժի համար, սուր №6 №- 1 հատ: Չկարբջջի և պլացենցային հյուսվածքները հեռացնելու համար բուք կյուրետ № 2 - 1 հատ: Չկարբջջի և պլացենցային հյուսվածքները հեռացնելու համար բուք կյուրետ № 4 - 1 հատ Չկարբջջի և պլացենցային հյուսվածքները հեռացնելու համար բուք կյուրետ No. 6 - 1 հատ: Ունեկի արգանդի համար (պրուէկիկ) - 4 տա: Արգանդի վզիկի լայնիչների հավաքածու. № 3-14 - 1 հավաքածու Զտիչով կտր ստերիլիզացման տուփ - 1 հատ: Որակի վկայականներ ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք

				Աշխատանքային ռեժիմներ՝ սինկրոն և ասինկրոն, արտաքին դեֆիբրիլացիա Էներգիայի բալլեր՝ 1-ից 360 Ջուլ, 23 բալլ Մոնիտոր անկյունագիծը՝ 8° Թողունակությունը՝ 800x600 Ներկայացված 3/5/12 ԷՍԳ մոնիտորինգի առկայություն Զարկերակային օբսերվացիայի առկայություն Ներկայացված տպիչի առկայություն Արյան ճնշման չափման առկայություն 5 ԱԺ մարտկոցի առկայություն Ազդանշանային ֆունկցիայի առկայություն Լրակազմ և պարագաներ Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ՝ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ 12 ուղղանի՝ էսգ մալուխ տվիչներով, հել 250մկ -1 հատ, պոլյօթիսիմետեր, մեկական մոնիթեր մեծահասակների և երեխաների համար, լրացուցիչ մարտկոց և այլն) Որակի վկայականներ ISO13485 CE Mark
18	33151280	Թթվածնի կոնցենտրատոր	Shinova Medical Systems Co. Ltd, Չինաստան	Թթվածնի կոնցենտրատոր Արտադրում է խիտ կենտրոնացված շնչառական թթվածին՝ ազոտի մոլեկուլները մթնոլորտային օդից զտելու միջոցով Օդի հոսքի արագությունը ձեռքով կարգավորման հնարավորություն՝ ոչ պակաս քան 0.5-ից 6 Լ / րոպե տիրույթում Աշխատանքային ռետուս՝ ոչ պակաս քան 30 հազար ժամ Ազմուկի մակարդակ՝ ոչ ավել քան 50 դբ Միազանգված ցուցումների առկայություն՝ զերտաբացում, հոսանքի անբավարարություն, թթվածնի խիստ ցածր մակարդակ, համակարգի սխալ Լրակազմ և պարագաներ Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Օրինակ՝ դիմակներ մեծահասակների և երեխաների համար, պահեստային ֆիլտր, մալուխներ և այլն) Որակի վկայականներ ISO13485 կամ համարժեք CE Mark կամ FDA կամ համաժամեք Հիվանդի մոնիտորը նկարում է արտադրությունները, չափում է արյան ճնշումը ոչ ինկազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը արտելյալ արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR): Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի համար տեղափոխման ժամանակ՝ օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվում է էկրանին ավիքի ձևերով և թվային արժեքներով: Մոնիտորի էկրան Դիսփլեյ, գունավոր TFT կամ էկրան, Էկրանի անկյունագիծը 15 ", 8 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր: Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ Դիսփլեյի պիքսելները՝ 1024x760 Մոնիտորի ինտերֆեյսը RS-232, Որպես համակարգչային ինտերֆեյս, աշխատանքը ցանցի / մարտկոցի միջոցով Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով Մարտկոցի գործադրման ժամանակը՝ 3,5 ժամ Մնացումը՝ 220 Կուտ, 50/60Հց Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար Համակարգի ընդլայնում Ծրագրակազմի թարմացումները ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են՝ ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, PULSE տոկոսադրույթներ, DUAL-TEMP S-T, հատվածի սինխրոն
19	33191550	Պացիենտի մոնիտոր	Shinova Medical Systems Co. Ltd, Չինաստան	Պացիենտի մոնիտոր

			հայտնաբերում և վերլուծություն Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (720 ժամ) Գենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապվելու հնարավորություն Ներկառուցված մատրիցային պրինտեր բարձր հստակության ջերմային կետերով, ավիթների և նիշերի տպման համար ECG Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միացիչ Ներդրված պրինտերի արկայություն Կալիբրացման ազդանշան ոչ ավել, քան 1mVp-p Մյուսի կծկումների հաճախականություն. Չափման միջակայքը 15-ից 300 q/րոպե Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան RESP: Չափման և ազդանշանային միջակայքը՝ 0-120 շնչ/րոպե Թթվածնի հագեցվածություն (SPO2): Չափման միջակայքը 0 - 100% NIBP Մեթոդը՝ օսկիլոմետրիկ, ռեժիմը՝ ձեռքի / ավտոմատ, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ, պյուն Ունենա բարձր ճնշման պաշտպանություն. (Մեծահասակ՝ 290 մմ սնդ, պյուն : երեխաներ,՝ 230 մմ սնդ, ա. նորածիններ՝ 140 մմ սնդ. ս) Զերմաստիճանը՝ Չափման միջակայքը՝ 0... 50 °C, թողունակությունը՝ 0,1 °C, ճշգրտությունը՝ ± 0.2 °C Արտատարները ԷՍԳ մալուխ 3 ուղիանի NIBP մանժետ մեծահասակների համար NIBP մանժետ երեխաների համար Խողովակ NIBP-ի մանժետի համար Հոսանքի լար Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ) SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման Վառմանակ / մահճակալին պահող սարք Ստանդարտներ. ISO13485 CE Mark
20	33161190	Steaqատրոսկոպ Sonoscape Medical Corp., Չինաստան	Steaqատրոսկոպ Լույսի աղբյուր Ունենա պայծառության ձեռքի և ավտոմատ կարգավորման հնարավորություն Պայծառության կարգավորման ոչ պակաս քան 10 մակարդակ Լամպը լուսադիորային (Xenon)՝ ոչ պակաս քան 1000 լյումեն լուսային հոսքով լույսի էլքում Հիմնական լամպի CCT՝ 5000-ից 7000K Գույնի մատուցման ցուցիչ՝ ոչ պակաս քան 90-100 Լույսի էլքի կետի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 5 մմ Լամպի կյանքի տևողությունը՝ ոչ պակաս քան 10000 ժամ Ունենա էներգիայի պորտ Ունենա օդային պոմպի միացիչ Ունենա հավասարազոր տերմինալ Steaպլոցենտր Ունենա բարձրորակ տեսանյութ Պատկերի ձևավորում և կատարելագործում

	Ունենա CHb ուժեղացում Ունենա պաթառության ավտոմատ հավասարեցում Ունենա էնդոսկոպի տաք միացում Ունենա կոնդենսատորների հալման հսկողություն Ունենա էնդոսկոպի նույնականացում Մուտքային և ելքային պորտեր SDանլք. ոչ պակաս քան DVI, SDI, VGA, S-video, CVBS Տեսաուլման կառավարման պորտ Ոտքի վերանջատիչ պորտ Ethernet ցանցի պորտ USB պորտ RS232 պորտ Լույսի աղբյուրի հաղորդակցման պորտ Թողունակությունը ոչ պակաս քան 1280x720 Ունենա էնդոսկոպի տաք միացում Ունենա սպիտակ հավասարակշռության հիշողություն Ունենա սպիտակ ավտոմատ հավասարակշռություն Գույնի տոնայնության ճշգրտում Կարմիր ոչ պակաս քան -8-ից +8 Կապույտ ոչ պակաս քան -8-ից +8 Քրոմա ոչ պակաս քան -8-ից +8 CHb գույնի ուժեղացում ոչ պակաս քան 8 մակարդակ IRIS (ավտո, գազաթնակետ և սպառում) ոչ պակաս քան -9-ից +9 Մեծացում ոչ պակաս քան x1.4, x1.6, x1.8 Պատկերի աստեղծում / պահեստավորում Մեթոդներ. հեռակառավորման կոճակ, ստեղնաշար կամ ռոմակ Դիսկիէլ ցուցադրման ռեժիմ՝ ստանդարտներ / ամբողջական էկրան CHb գունային էկրան. Միացնել / անջատել Տեղական տեսագրություններ և նվազարկում Ունենա աշխատանքային կայան Աշխատանքային կայան. կարող է ստեղծել խմբագրել, պահպանել, որոնել, տպել, նշել և այլն: Ունենա Dicom ստանդարտ Պահեստավորում ոչ պակաս քան 500 Գբ Ելքային ռեժիմ. SD: ոչ պակաս քան PAL, NTSC HD: ոչ պակաս քան Full HD, WUXGA Գաստրոսկոպ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 1050 մմ Ընդհանուր երկարություն ոչ պակաս քան 1350 մմ Դիստալ վերջույթի տրամագիծը ոչ պակաս քան 9.3 մմ Տեղադրման հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը ոչ պակաս քան 9.8 մմ Սրույթան խորությունը ոչ պակաս քան 3... 100 մմ Գործիքային ալիքի տրամագիծը ոչ պակաս քան 2.8 մմ

28	33151250	Թոբերի արիեստական օդափոխության սարք	Heyer Medical LG. Պեմանիս	Գործընթացին այլիքի դիտման նվազագույն հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 3 մմ Դաշտի տեսարան՝ ոչ պակաս քան 140o Վերջույթի շերտում՝ Վերն / ներքն՝ ոչ պակաս քան 120o / 90o Ձախ / աջ՝ ոչ պակաս քան 100o Ասպիրացված քանակությունը՝ ոչ պակաս քան 400 մլ / րոպե Ունենա բեռնափոխարամիչոց անհրաժեշտ մասերով Ունենա հատուկ բեշկական մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 19" Ունենա ջրի արտահոսքի փորձարկիչ Ունենա համակարգիչ մոնիտորով, UPS- ով և անհրաժեշտ փափուկ Արքեստուարներ Սարքավորումը պարունակում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և արքեստուարների՝ սարքավորումների ամբողջական գործողության համար Ստանդարտներ՝ ISO13485 կամ համարժեք CE Mark կամ FDA կամ համարժեք Թոբերի արիեստական օդափոխության սարք՝ նախատեսված մեծահասակների, երեխաների և նորածինների թոբերի արիեստական օդափոխության համար, կոմպրեստորային տիպի Պնմատիկ կոմպրեստորի առկայություն Միկրոպրոցեսորային վերահսկման և կառավարման հնարավորության առկայություն: Սարքը պետք է ապահովի թոբերի արիեստական օդափոխության հետևյալ ստանդարտ եղանակների իրականացումը՝ Մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար՝ VCV, PCV, PSV/CPAP, SIMV (VCV) + PSV, SIMV (PCV) + PSV, APRV, PRVC, NIV Մեծահասակների և երեխաների համար՝ MMV+PSV, PSV+Vt, NIV Նորածինների համար՝ TCPL, TCPL + SIMV, քթային CPAP Սարքը ռուսիֆիկացված, պետք է ունենա ինտերֆեյս բարձրորակ գունավոր, 12" հպումային հակաբյուրեղային էկրան, որի վրա իրական ժամանակում կցուցադրվեն առկազն հոսքի և ճնշման կորերը: Սարքը պետք է ապահովի աշխատանքային հետևյալ բնութագրերը • Ճնշմամբ աջակցումը 0-100սմ.H2O: • Կառավարվող ճնշման տիրույթը՝ 2 – 100 սմ H2O • Շնչառական ծավալի տիրույթը՝ 5-2500մլ.; • Ընդհանուր ծավալը՝ 1-45լ/ր • Օդափոխության հաճախականությունը՝ 1-150շ/ր; • Ներշնչման հոսքի տիրույթը՝ 0.1 - 180 լ/ր • Շարունակական հոսքի տիրույթը՝ 2-40լ/ր • Հոսքի կորը՝ ուղղանկյուն կամ նվազող • Ներշնչման տևողության տիրույթը՝ 0.1-3 վրկ. • I:E՝ 1:5 • Տրիգեր՝ հոսքի և ճնշման • Հոսքի տրիգեր՝ 0.2-15լ/ր • Ճնշման տրիգեր՝ 0.5-20սմ H2O • PEEP/CPAP (Pbase) տիրույթը՝ 0-50 սմ.H2O: • Արտահոսքի ակտիվացում կոմպենսացիայի հնարավորության առկայություն • Շնչառության համար 3 րոպեների ընթացքում անընդհատ 100% թթվածնի առերևույթ անարավորություն:
----	----------	-------------------------------------	------------------------------	---

				Սալորը պետք է ապահովվի հետևյալ բնութագրերի պարտադիր վերահսկում՝ • Կարգավորվող թորերի թուփական ծավալ՝ սպրետան շնչառական արագություն, ավտո-PEEP, ստատիկ ու դինամիկ թունիլայնա և այլն • Ծավալային կապնոգրաֆիայի ֆունկցիայի առկայություն • Թորերի դինամիկական բնութագրերի գնահատում՝ - NIF (MIP): առավելագույն օկյուգին ճնշում • Անպայմանորեն պահանջվող լրացուցիչ միավորներ կամ ֆունկցիոնալ հնարավորություններ՝ • Արտաշնչման փական: On/Off Biphase Pressure Release Ventilation (BPRV) համար • 1000 պատահույթների, տազնալների և տերակայումների գրանցում գունավոր կոդերով: • Շնչառական գծերի արտահոսքի, համապատասխանության և դիմադրողականության ավտոմատ ստուգում: • Օդափոխման կարգավորումներ հիմք ընդունելով «իդեալական մարմնի կշիռը», խնամյալի տեսակը եւ շնչառության տվյալները: • Հիմնական ներկառուցված դիսփլեյի պայծառությունը 800x600 Պարտադիր մոնիտորման ենթակա բնութագրերը՝ • Պիկ ճնշում • Պլատո • Միջին ճնշում • PEEP • Պիկ հոսք • Ներշնչական ժամանակ • Արտաշնչական ժամանակ • Ընդհանուր արագություն • I:E պոտոյոտ • Սպրետան արագություն • Ավարտված շնչառական ծավալ • Պարտադիր Ավարտված շնչառական ծավալ • Սպրետան Ավարտված շնչառական ծավալ • Շնչառական աշխատանք • Հոսք • Հոսքի % • Էներգիայի ծախս ճնշում • EtCO2 • Vd/Vt • Va • Va min • VtCO2 • VCO2 (STPD) • PeCO2 Էկրանի վրա գրաֆիկական ինֆորմացիայի պարտադիր ընտրանին՝ - Ճնշում - ժամանակ - ծավալ - ժամանակ - Հոսք - ժամանակ - Ծավալ - ճնշում - Հոսք - ծավալ - Հոսք - ճնշում - PeCO2 ժամանակ - PeCO2 ծավալ Տագնալային ազդանշանների ցանկը՝

				• Բարձր-ցածր շնչառական ճնշում • Ցածր ներարկչային ճնշում • Հոսանքի անջատում • Լիցքաթափված մարտկոց • Շարունակական ճնշում • Շնչառական հավաքների անջատում • Անադր օդափոխության սարք • Բարձր և ցածր շնչառական ծավալ • O2 կոնցենտրացիա բարձր/ցածր • Ավտոէ • NIV հոսք • Օդափոխիչի անադրություն • Հաճախաշնչություն • Ցածր PEEP • Բարձր/ցածր արտաշնչական թուփական ծավալ • Բարձր/ցածր EtCO2 Էլեկտրասնուցման պահանջները Թորքերի արհեստական օդափոխության սարքը պետք է սնուցվի հոսանքի աղբյուրից՝ 220Վ., 50-60 Հց. և ունենա ներկառուցված հաստատուն հոսանքի աղբյուր՝ 12Վ, որը կապահովի սարքի ավտոմատ աշխատանքը 2ժ. Բժշկական գազերի մատակարարման պահանջվող ճնշումները թթվածին 2,8-6 բար., օդ 2,8 - 6 բար Լրակազմ և պարագաներ • Բժշկական օդի անյուղ կոմպրեսոր • Շնչառական խողովակների բազմակի օգտագործման հավաք մեծահասակների և երեխաների համար • Շնչառական խողովակների բազմակի օգտագործման հավաք նորածնների համար • խոնավացուցիչ • թթվածնի միացման խողովակ, երկարությունը 2մ • օդի միացման խողովակ, երկարությունը 2մ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Առաջարկի արժեքը ներառում է մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս, երաշխիքային սպասարկման ընթացքում յուր. 2 ամիսը մեկ անգամ սարքի պրոֆիլակտիկ տեխնիկական գնումը Որակի վկայականներ ISO13485 CE Mark
29	33171700	Անգայացման սարք	Penlon Medical, Մեծ Բրիտանիա	Անգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ (ոչ պակաս կամ համարժեք). Ըստ ծավալի վերահսկվող (կառավարվող) օդափոխություն Ըստ ճնշման վերահսկվող (կառավարվող) օդափոխություն Միևիտրոն օդափոխությունը վերահսկվող (կառավարվող) ըստ ծավալի և ըստ ճնշման Միևիտրոն օդանդրող օժանդակ օդափոխություն Ուղիղ ձեռքով օդափոխություն PEEP, հասանելի է բոլոր ռեժիմներում, բացի ձեռքային Դոպլեական օդափոխություն Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ Մենտորային էկրան անկյունագծով՝ 10° Թողունակությունը՝ 800-480

			Արտացրում մոնիտորի վրա)՝ ճնշման գծապատկեր հոսքի գծապատկեր ծավալի գծապատկեր գազի կոնցենտրացիա շունչ / արտաշունչ Պարամետրերը Շնչառական ծավալը՝ 20-ից 1500 մլ Վարկանային օդափոխություն՝ 0.1-ից մինչև 50լ Առավելագույն հոսք՝ 120 լ/րոպ Շնչառության հաճախությունը՝ 1-ից 100 շ/րո Ներշնչման արագությունը 0.1 - 10լ/կ, բայլը 0.1վ/կ Ինսպիրացիոն ընդմիջման տիրույթը՝ 0 - 60%, բայլը՝ 5% Հոսքի տրիգերը՝ 0.5 - 20 լ/րոպե Ճնշման տրիգերը՝ 0 - 20 լ/րոպե I:E 3:1 - 1:5 Զգայունության տիրույթներ՝ 5-ից մինչև 20 L/րոպ Ազդանշաններ (ոչ ավելի վատ բան) Մուտքող գազերի ճնշում O2, AIR, էլեկտրամուցում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ընթացքում ձախողում, ճնշումներ՝ pmax, pmin, PEEPmax, հաճախականություն, ծավալներ՝ MVmax, Mvmin Այլ պահանջներ, հատուկ ֆունկցիաներ (առանձնահատկություններ) Ժամաչափի ֆունկցիայի արկայություն Autostart - օդափոխության սկիզբ՝ հիվանդի մարմնի գանգվածի ներդրմամբ: Ներկառուցված մարտկոց՝ 12 V, 4 Ա/ժամ Մարտկոցով աշխատանքի ժամանակը՝ 90 րոպե Ներկառուցված արտածծիչ Հիմնական լրակազմ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության աարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի աղբյուրներին միացնելու խողովակների համալիր Հոսքի տվիչ, բազմակիտարելի 2 հատ: (Մեծահասակ, երեխաներ, ներառյալ նորածնային); Սարքին միանալու փոխապերպիչների և ջրային թակարդներով հիվանդի կոնտուր, բազմակիտառելի 2 հատ (Մեծահասակների, երեխաների) Հեռուկ անգգայացնող գորոշիացուցիչ (Sevoflurane, Isoflurane) Սարքի հետ լինի նաև հիվանդի մոնիտոր հետևյալ պարամետրերով: Հիվանդի մոնիտորը նկարում է արտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը արտոբյալ արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR): Օդտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի համար տեղափոխման ժամանակ՝ օդտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացրվում է էկրանին այլիքի ձևերով և թվային արժեքներով: Մոնիտորի էկրան Դիսփլեյ՝ գունավոր TFT կամ էկրան, էկրանի անկյունագիծը՝ 15” , 8 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր: Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ Դիսփլեյի պիքսելները՝ 1024x760 Մոնիտորի ինտերֆեյսը RS-232. Որպես համակարգչային ինտերֆեյս, աշխատանքը ցանցի / մարտկոցի միջոցով Մարտկոցի շահագործումը. Բստեղրված մարտկոցի միջոցով * Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ 3.5 ժամ՝ Մուտքումը՝ 220 Վոլտ, 50/60Հց

				Բուժեր. տրենդների ցուցանիշների համար Համակարգի ընդլայնում Ծրագրակազմի թարմացումները ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում Մոնիթորինգի պարամետրերը ներառում են՝ EUG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE տոկոսադրույթներ, DUAL-TEMP S-T, հաստվածի սինկարոն հայտնաբերում և վերլուծություն Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (720 ժամ) Կենտրոնական մոնիտոր կայանի ինտ կապվելու ինտարֆերություն Ներկառուցված մատրիցային պրինտեր բարձր հստակության ջերմային կետերով, ալիքների և կիշերի տպման համար ECG Մուտք. ECG մարտի, ստանդարտ AAMI մարտիկի միակցիչ Ներդրված պրինտերի առկայություն Կալիբրացման ազդանշան ոչ ավել, քան 1mVp-p Մրտի կծկումների հաճախականություն. Չափման միջակայքը՝ 15-ից 300 գ/րոպե Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան RESP: Չափման և ազդանշանային միջակայքը՝ 0- 120 շնչ /րոպե Թթվածնի հագեցվածություն (SPO2): Չափման միջակայքը՝ 0 - 100% NIBP Մեթոդը՝ օսկիլոմետրիկ, ռեժիմը՝ ձեռքի / ակտիվացում, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն Ունենա բարձր ճնշման պաշտպանություն. (Մեծահասակ՝ 290 մմ սնդ. սյուն ; երեխաներ՝ 230 մմ սնդ. սյուն) Ջերմաստիճանը՝ Չափման միջակայքը՝ 0... 50 °C, թողունակությունը՝ 0,1 °C, ճշգրտությունը՝ ± 0.2 °C Աքսեսուարներ EUG մարտի 3 ուղիանի NIBP մանժետ մեծահասակների համար NIBP մանժետ երեխաների համար Խողովակ NIBP- ի մանժետի համար Հոսանքի լար Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ) SPO2 սենսոր բազմակի օգտագործման Վահանակ / մանձակային պահող սարք Ստանդարտներ. ISO13485 CE Mark
--	--	--	--	---

ՀՀ դրամ					
Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄՍ դասակարգման (CPV)	անվանումը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
5	33111360	Թվային ուլտրաձայնային համակարգ	հատ	16.050.000,00	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
				1	մատակարարման
				հասցեն	Ժամկետը
				Կոտայքի մարզ, Չաբենցավան,	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից մինչև 23.12.2019թ.

10	33141177	ԱՄԲՈՒ	հատ	270.000.00	270.000.00	1	Երիտասարդության փող, 8 շենք (Հրազդանի տարածաշրջան)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից 180 օրացուցային օրերի ընթացքում
14	33141223	Գլխավորվողական գործիքների հավաքածու	հատ	700.000.00	700.000.00	1		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից 23.12.2019թ.
15	33141224	Վարչությունական գործիքների հավաքածու	հատ	1.600.000.00	1.600.000.00	1		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից 23.12.2019թ.
16	33141226	Հիմնական ընդհանուր գործիքների հավաքածու	հատ	350.000.00	350.000.00	1		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից 23.12.2019թ.
17	33181190	Դեֆիրկատոր մոնիտորով	հատ	3.000.000.00	3.000.000.00	1		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից 180 օրացուցային օրերի ընթացքում
18	33151280	Թրվածանի կոնցենտրատոր	հատ	740.000.00	740.000.00	1		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից 180 օրացուցային օրերի ընթացքում
19	33191550	Պացիենտի մոնիտոր	հատ	378.000.00	3.780.000.00	10		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից 180 օրացուցային օրերի ընթացքում
20	33161190	Տեսագատորակով	հատ	15.800.000.00	15.800.000.00	1		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից 23.12.2019թ.
28	33151250	Թղթի արհեստական օրակախության սարք	հատ	9.500.000.00	19.000.000.00	2		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից 23.12.2019թ.
29	33171700	Անգայացման սարք	հատ	9.500.000.00	19.000.000.00	2		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից 180 օրացուցային օրերի ընթացքում

ԳՆՈՐԴ

Առողջապահության նախարարություն
Կառավարական տուն 3
ՖՆ աշխատակազմի գործարանական վարչություն
Հ/Հ 900011027746
ՀՎՀՀ 02507171


ՎԱՃԱՌՈՂ

«Ար. Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ
ք. Երևան, Զաքյան 8
«Կոնկրետ Բանկ» ՓԲԸ
Հ/հ՝ 1930041595160100
ՀՎՀՀ 2604367



[Signature]
S_h
/quidinduum/

[Signature]
S_h
/quidinduum/



ԳՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ			
Ապրանքի			
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում
			դեկտեմբեր Ընդամենը
5	33111360	Թվային ուլտրաձայնային համակարգ	16.050.000,00
14	33141223	Գինեկոլոգիական գործիքների հավաքածու	700.000,00
15	33141224	Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու	1.600.000,00
16	33141226	Հղիությունը ընդհատման գործիքների հավաքածու	350.000,00
20	33161190	Տեսագատրոսկոպ	15.800.000,00
28	33151250	Թորքերի արհեստական օդափոխության սարք	19.000.000,00
Ընդամենը			53.500.000,00
			16.050.000,00
			700.000,00
			1.600.000,00
			350.000,00
			15.800.000,00
			19.000.000,00
			53.500.000,00

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում է կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ԳՆՈՐ

Առողջապահության նախարարություն

Կառավարական տուն 3

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011027746

ՀՎՀՀ 02507171



ՎԱՃԱՌՈՂ

«Ար. Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ

ք. Երևան, Զաքյան 8

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ

Հ/հ 1930041595160100

ՀՎՀՀ 2604367



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ապրանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N _____
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և _____
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

Ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՀԱՄԱԶԱՅՆ ԱԳԻՐՈՒ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ԱՐ.ՄԵԴԵԽՆԻԿԱ» ՍՊԸ-Ի ՄԻՋԵՎ 20.12.2019թ. ԿՆՔՎԱԾ
«ՀՀ ԱՆ ԳՀԱՊԶԲ-2019/25/2-1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

27 Ապրիլի, 2020թ.

Առողջապահության նախարարության աշխատակազմը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Լուսինե Քոչարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Վահագ Թորոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Վաճառող), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 20.12.2019թ. կնքված «ՀՀ ԱՆ ԳՀԱՊԶԲ-2019/25/2-1» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Հաստատել Պայմանագրի Հավելված 1-ի՝ «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց»-ի 10-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ և 29-րդ չափաբաժինների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելվածի:

2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

4. Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն
Կառավարական տուն 3
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02507171



ՎԱՃԱՌՈՂ

«Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ
Իրավ. հասցե՝ ք. Երևան, Զաքյան փ. 8
Գործ. հասցե՝ ք. Երևան, Մ. Հերացի 7
ՀՎՀՀ՝ 02604367

Բանկ՝ Կոնվերսանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1930041595160100
Տնօրեն Վ. Թորոսյան



